

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Szöveges beszámoló

a 2018. évi hatósági ellenőrzési terv végrehajtásáról

Népegészségügyi Főosztály

Népegészségügyi Osztály

Járványügyi szakterület

2018. évben a járványügyi szakterületre vonatkozóan az országos hatósági ellenőrzési terv keretében a fekvőbeteg-ellátó intézményekben működő központi sterilizáló egységekben, illetve a fekvőbeteg szakellátás területén sterilizálási tevékenységet végző dolgozók szakmai képzettségének kérdőíves felmérése, valamint az Acut flaccid paralysis (AFP) surveillance megerősítése céljából a gyermek-neurológiai szakellátást és intenzív ellátást is biztosító fekvőbeteg-ellátó intézmények részére elrendelt heti jelentések helyszíni validációs vizsgálata került meghatározásra.

3 fekvőbeteg-ellátó intézményre, illetve azoknak összesen 4 központi sterilizáló egységére vonatkozóan történt meg a kérdőíves felmérés, 3 központi sterilizáló egységben helyszíni ellenőrzés is sor került. A vizsgálat során intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel.

Az AFP surveillance kapcsán Hajdú-Bihar megyében két fekvőbeteg-ellátó intézmény vizsgálatát kellett elvégezni. Figyelmeztető végzés, kötelező határozat, bírságoló határozat nem került kiadásra.

Közegészségügyi Szakterület

2018. évben az országos hatósági ellenőrzési terv keretében a HBMKH NFO Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) a közegészségügyi szakterület vonatkozásában elsősorban a laboratóriumi mintavételek-, illetve - szükség szerint - a járási hivatalok népegészségügyi osztályai helyszíni ellenőrzési feladatainak koordinálását végezte. A fentiek kapcsán a mintavételek vonatkozásában áttekintette a vizsgálatok elvégzésére javasolt laboratóriumok vizsgálati díjait, az érintett komponensekre vonatkozóan a laboratóriumok akkreditációját. A mintavételre minden esetben - a költség-hatékonyság elve figyelembevételével - a legkedvezőbb árajánlatot adó, a vizsgálatra akkreditált laboratórium került kiválasztásra. A hatósági ellenőrzési tervben szereplő laboratóriumi vizsgálatok elvégzését a kormányhivatal engedélyezte, melyek mintavételi ütemtervben kerültek rögzítésre. A mintavételek előrehaladását a vizsgálati időszakban a Népegészségügyi Osztály nyomon követte, a beérkezett mintákat továbbította a vizsgáló laboratóriumokhoz, illetve a vizsgálati eredményről értesítette az I. fokú hatóságot. A Népegészségügyi Osztály 2019. január 30-ig eleget tesz a hatósági ellenőrzési tervben szereplő jelentési kötelezettségének.

Továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén található természetes fürdőhely vonatkozásában a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, a nyilvánosság tájékoztatásával és bevonásával kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tett.

Ápolási és Védőnői Szakterület

A szakterületek vonatkozásában ápolásszakmai és védőnői feladat a hatósági ellenőrzési tervben nem került megállapításra.

Laboratóriumi Osztály

2018. évben a Laboratóriumi Osztály szakterületére vonatkozóan az országos hatósági ellenőrzési terv keretében az egészségügyben illetve az iparban használt lézerekkel kapcsolatos ellenőrzés került meghatározásra.

A hatósági ellenőrzési terv alapján az osztály munkatársai - a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben kijelölt illetékességi területen, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintően - 10 db hatósági ellenőrzés keretében 21 db lézerberendezés ellenőrzését hajtották végre.

Az ellenőrzések során az optikai sugárzást kibocsájtó berendezéseket használó munkahelyek 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet szerinti ellenőrzéséhez tartozó felmérőlapok kitöltése is megtörtént, valamint megyénként 1-1 telephelyen a Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály munkatársaival, méréssel egybekötött ellenőrzés történt.

Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Az országos hatósági ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések – melyek 8 szakterületen 26 tárgykörben lettek kijelölve - végrehajtásra kerültek.

Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A 2018. évi hatósági ellenőrzési terv ütemezett teljesítésénél figyelembe vételre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kidolgozott laboratóriumi monitoring terv. Az ellenőrzések teljesítése során hátráltató körülmény nem merült fel, a tárgyi feltételek (pl.: gépkocsi, jellemzően kulcsos rendszerben történő igényléssel) biztosítottak voltak.

Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Az országos hatósági ellenőrzési tervben szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása során a Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 29 ellenőrzést végzett.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A 2018. évi hatósági ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések száma összesen 112 db volt az ott megjelölt ellenőrzendő egységek körében.

Kötelező határozat kiadására 18 esetben került sor. Hiányosságok feltárása miatt 3 esetben került sor eljárás indítására, a rendelkező határozatok kiadása folyamatban van. 1 esetben a megmintázott, kifogásolt eredményű kozmetikai termék ügye áttételre került illetékesség hiánya miatt a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályához.

A 2018. évi hatósági ellenőrzési tervben szereplő feladatokat a népegészségügyi osztály teljes körűen teljesítette.

Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

A jóváhagyott 2018. évi hatósági ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzéseket a Népegészségügyi Osztály megvalósította.

Az életkorhoz kötött védőoltásokat végző egészségügyi szolgáltatók hűtőtároló kapacitásának helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságok, jogszabálysértés miatt 2 egészségügyi szolgáltató esetében figyelmeztető döntést hozott a Hatóság, melyben kötelezte az érintetteket az oltóanyagok előírásoknak megfelelő tárolására, valamint a hűtőlánc megszakadás, áramkimaradás esetén alkalmazandó eljárásrend kidolgozására, határidővel.

Egy szezonálisan üzemelő medencés fürdő esetében a Hatóság határozattal kötelezte az üzemeltetőt egy töltő-ürítő rendszerben működő termál medence vízforgatás alóli engedélyének beszerzésére.

Biocidokkal kapcsolatos ellenőrzéseket követően egy esetben került sor határozati kötelezésre, melyben a nem megfelelő címkézésű szúnyog-és légyirtó aeroszol termékek visszahívása, és helyes címkével történő ellátása került elrendelésre.